

(法安 133)  
平成 29 年 12 月 7 日

都道府県医師会  
医療安全担当理事 殿

日本医師会  
常任理事 今村 定臣

### 「使用上の注意」の改訂について

今般、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課より「使用上の注意」の改訂について、別添のとおり日本製薬団体連合会安全性委員会委員長宛て通知した旨、本会宛て連絡がありました。

つきましては、貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い申しあげます。  
なお、下記 URL の厚生労働省ホームページに「「使用上の注意」の改訂について（平成 29 年度）」として掲載されておりますことを申し添えます。

#### 記

・「使用上の注意」の改訂について（平成 29 年度）  
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159210.html>

以上



事務連絡  
平成 29 年 11 月 28 日

公益社団法人日本医師会 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

「使用上の注意」の改訂について

医薬品の安全対策については、日頃から御尽力いただいているところであります。今般、別添のとおり、日本製薬団体連合会安全性委員会委員長宛て通知しましたのでお知らせします。



薬生安発 1128 第 1 号  
平成 29 年 11 月 28 日

日本製薬団体連合会  
安全性委員会委員長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

#### 「使用上の注意」の改訂について

医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、医薬品の「使用上の注意」の改訂が必要と考えますので、下記のとおり必要な措置を講ずるよう関係業者に対し周知徹底方お願い申し上げます。

#### 記

別紙 1 から別紙 3 までのとおり、速やかに添付文書を改訂し、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずること。

また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第 52 条の 2 第 1 項に規定する届出が必要な医薬品の添付文書を改訂する場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構宛て同項の規定に基づく届出を行うこと。

別紙1

117 精神神経用剤

【医薬品名】クロザピン

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

【副作用】の「重大な副作用」の項に

「胸膜炎：

感染を伴わない胸膜炎があらわれることがあるので、呼吸困難、発熱、  
胸痛等があらわれた場合には速やかに胸部X線検査等を実施すること。  
異常が認められた場合には感染症等との鑑別診断を行い、投与を中止す  
るなど適切な処置を行うこと。」

を追記する。

別紙2

729 その他の診断用薬

【医薬品名】 ガドキセト酸ナトリウム  
ガドテリドール  
ガドテル酸メグルミン  
ガドブトロール

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

【効能・効果に関する使用上の注意】の項を新たに設け

「ガドリニウム造影剤を複数回投与した患者において、非造影T1強調MR画像上、小脳歯状核、淡蒼球等に高信号が認められたとの報告や脳の剖検組織からガドリニウムが検出されたとの報告があるので、ガドリニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること。」

を追記する。

【医薬品名】ガドジアミド水和物  
ガドベンテト酸メグルミン

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

〔效能・効果に関する使用上の注意〕の項を新たに設け

「ガドリニウム造影剤を複数回投与した患者において、非造影T1強調MR画像上、小脳歯状核、淡蒼球等に高信号が認められたとの報告や脳の剖検組織からガドリニウムが検出されたとの報告があるので、ガドリニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること。」  
「本剤を含む線状型ガドリニウム造影剤は、環状型ガドリニウム造影剤より脳にガドリニウムが多く残存するとの報告があるので、本剤は環状型ガドリニウム造影剤の使用が適切でない場合に投与すること。」

を追記する。